楓城新聞與評論
Maple News and Commentary

環安衛萬花筒

國立臺灣大學107年7份災害事件檢討

環安衛中心107.08

【案例一】超音波震盪器起火燃燒事件

一、時間：107年7月8日(星期日)晚上

二、發生原因：儀器不明原因起火燃燒

三、事發經過：使用小型超音波震盪器清洗實驗器材時，震盪器不明原因起火燃燒。

四、檢討與建議：各項儀器應加強平時檢查，並應定期保養、汰換，以避免意外事件發生。

【案例二】實驗場所發生火災事件

一、時間：107年7月26日(星期四)晚上

二、發生原因：儀器設備疑似老舊致使電線走火

三、事發經過：實驗場所同仁聽到火警警報聲，通報大樓保全，經消防隊抵達撲滅火勢。實驗場所運作中的儀器包括冷凍乾燥機、

磁石攪拌器、針筒推進器、冰箱、烘箱等，經火災調查小組勘驗及鑑定發現起火點位於針筒推進器後方，鑑定為電線走火所導致。

四、檢討與建議：應加強安全衛生教育訓練，實驗進行中需在旁監看，未使用的儀器電源插頭應拔除，以避免短路與用電過載。